




Konfiguration/Configuration

Benutzer/Operator		
Intervall/Interval	00:05:00	
Start möglich durch/Start possible by	Taste/Button	
Stopp möglich durch/Stop possible by	USB Verbindung/USB connect, Taste/Button	
	Alarm unten/Alarm low	Alarm oben/Alarm high
Temperatur/Temperature	-25.0 °C	50.0 °C
Feuchtigkeit/Humidity	0.0 %rH	100.0 %rH
Alarmverzögerung/Alarm delay	00:00:00	

Zusammenfassung/Summary

Startzeit/Start time	14.08.2014 14:49:29	Start durch/Start by	Taste/Button
Stoppzeit/Stop time	26.09.2014 09:09:29	Stopp durch/Stop by	USB Verbindung/USB connect
Datensätze/Records	12317	Dauer/Duration	42 d 18:20:00
	Min	Avg	Max
Temperatur/Temperature	18.7 °C	22.7 °C	37.5 °C
Feuchtigkeit/Humidity	23.8 %rH	53.5 %rH	62.8 %rH
Taupunkt/Dew point	9.8 °C	12.7 °C	16.4 °C
Alarm/Alarm	Anzahl/Count 0		



Unterschrift/Signature